Dr. GIBAUD ORTHO

BLOCCAGGIO CLAVICOLA cod. 1510

Dr. GIBAUD JUNIOR

BLOCCAGGIO CLAVICOLA cod. J1510

Posizionamento del BLOCCAGGIO CLAVICOLA.
Si consiglia di fare effettuare il primo posizionamento da uno specialista qualificato.

Fig. 1



1. Aprire e distendere completamente le cinghie come in **Fig. 1**.

Fig. 2



2. Staccare dalle cinghie le estremità a "pinza di coccodrillo" munite di chiusure a strappo (**Fig. 2**).

Fig. 3



3. Posizionare lo scudo imbottito tra le due scapole con il logo GIBAUD rivolto verso il basso (**Fig. 3**).

Dr. GIBAUD ORTHO

BLOCCAGGIO CLAVICOLA cod. 1510

Dr. GIBAUD JUNIOR

BLOCCAGGIO CLAVICOLA cod. J1510

Posizionamento del BLOCCAGGIO CLAVICOLA.
Si consiglia di fare effettuare il primo posizionamento da uno specialista qualificato.

Fig. 1



1. Aprire e distendere completamente le cinghie come in **Fig. 1**.

Fig. 2



2. Staccare dalle cinghie le estremità a "pinza di coccodrillo" munite di chiusure a strappo (**Fig. 2**).

Fig. 3



3. Posizionare lo scudo imbottito tra le due scapole con il logo GIBAUD rivolto verso il basso (**Fig. 3**).



4. Far passare le cinghie sopra le spalle e successivamente sotto le ascelle (**Fig. 4**).



5. Infilare l'estremità della cinghia nell'anello fissato allo scudo facendola passare dal basso verso l'alto; ripiegare l'estremità sulla cinghia stessa e procedere allo stesso modo per l'altra cinghia (**Fig. 5**).



6. Tirare con forza le due cinghie sino ad ottenere la retropulsione delle spalle. Se necessario tagliare le cinghie della lunghezza desiderata, riposizionare le estremità a "pinza di coccodrillo" e fissarle sull'inserto rimovibile a doppia chiusura a strappo presente sulle cinghie stesse (**Fig. 6**).

DUAL SANITALY®
Concessionario in esclusiva
Dual Sanitaly S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 15 - 10024
Moncalieri (TO) - dualsanitaly.it

Gibaud SASU - 73, Rue de la Tour - B.P. 78
42002 - Saint-Étienne - Cedex I, France

MD Dispositivo medico di Classe I
Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.
CE
21 PAP

Cod. 0HE15512GB - 11/21



4. Far passare le cinghie sopra le spalle e successivamente sotto le ascelle (**Fig. 4**).



5. Infilare l'estremità della cinghia nell'anello fissato allo scudo facendola passare dal basso verso l'alto; ripiegare l'estremità sulla cinghia stessa e procedere allo stesso modo per l'altra cinghia (**Fig. 5**).



6. Tirare con forza le due cinghie sino ad ottenere la retropulsione delle spalle. Se necessario tagliare le cinghie della lunghezza desiderata, riposizionare le estremità a "pinza di coccodrillo" e fissarle sull'inserto rimovibile a doppia chiusura a strappo presente sulle cinghie stesse (**Fig. 6**).

DUAL SANITALY®
Concessionario in esclusiva
Dual Sanitaly S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 15 - 10024
Moncalieri (TO) - dualsanitaly.it

Gibaud SASU - 73, Rue de la Tour - B.P. 78
42002 - Saint-Étienne - Cedex I, France

MD Dispositivo medico di Classe I
Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.
CE
21 PAP

Cod. 0HE15512GB - 11/21