GENUGIB® 40 Tutore di ginocchio cod. 0522

Il Tutore di Ginocchio GENUGIB® 40 è disponibile in taglia unica; tuttavia è necessaria un prova preliminare per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi. Le articolazioni devono essere tassativamente regolate prima di posizionare il tutore. Per modificare la regolazione, svitare il coperchio trasparente con una moneta e posizionare i quattro perni nei fori situati in corrispondenza degli angoli scelti in funzione delle indicazioni fornite dal Medico prescrittore (vedere le foto dello snodo graduato).

Infilare l'ortesi con il logo Gibaud diritto. Lasciare le cinghie nelle fibbie allentandole per facilitare il posizionamento della ginocchiera. Se necessario, regolare le fasce superiori ed inferiori con l'apposita chiusura a strappo affinché le articolazioni risultino parallele e centrate rispetto al ginocchio. I due cuscinetti laterali sono amovibili e possono essere rimossi in caso di fastidio (**fig. 1**).

In seguito, regolare prima le cinghie superiori ed inferiori e successivamente le cinghie intermedie (**fig. 2**).

La cinghia intermedia è dotata di un elemento di stabilizzazione in silicone che deve essere posizionato sulla tuberosità tibiale (**fig. 3**).

Terminare la regolazione delle fasce e la chiusura delle cinghie in modo da ottenere un sostegno forte e confortevole. Le articolazioni devono essere parallele e centrate rispetto al ginocchio (**fig. 4**). Nei posizionamenti successivi, ripetere esattamente le stesse operazioni.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4





Lo snodo graduato è munito di quattro perni di fissaggio e due di riserva.
I perni di riserva devono necessariamente rimanere nella posizione di flessione a 110°. Nel caso di utilizzo dello snodo graduato nella posizione articolazione libera è necessario togliere i due perni.

Cod. 0HE15522GA - 10/20

DUAL SANITALY®
Concessionario in esclusiva
Dual Sanitaly S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 15 - 10024
Moncalieri (TO) - dualsanitaly.it

Gibaud SASU - 73, Rue de la Tour - B.P. 78
42002 - Saint-Étienne - Cedex I, France

MD Dispositivo medico di Classe I
Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. CE

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
Il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti, la confezione e l'eventuale foglietto illustrativo nei contenitori dello smaltimento carta.