INTELLISLING® 15°
Tutore per abduzione di spalla
cod. 1513

INTELLISLING® 30°
Tutore per abduzione di spalla
cod. 1514

Componenti presenti nella confezione

Manica reggibraccio



Cinghia tracolla

Cuscino di abduzione con cinghia



Cuscino supplementare per abduzione a 30°



Esclusivamente per cod. 1514

POSIZIONAMENTO DEL REGGIBRACCIO

Si consiglia di fare effettuare il primo posizionamento da uno specialista qualificato.

Fig. 1



1. Estrarre dalla confezione la manica reggibraccio.
Aprire la chiusura a strappo ed estrarre dalla manica reggibraccio la cinghia tracolla. Inserire l'avambraccio nella manica tenendo un'angolazione di 90° rispetto al braccio (**Fig. 1**).

Fig. 2



2. Chiudere la manica con l'apposita chiusura a strappo (**Fig. 2**).

Fig. 3

3. Posizionare la cinghia tracolla regolabile sulla spalla opposta all'arto leso (**Fig. 3**). Per migliorare il comfort si può spostare l'imbottitura tubolare della tracolla.

Fig. 4



4. La cinghia tracolla può essere regolata sia sull'estremità anteriore (**Fig. 4**) sia su quella posteriore. Se la cinghia risulta essere troppo lunga consultare il paragrafo "Come accorciare le cinghie".

UTILIZZO PER L'IMMOBILIZZAZIONE IN ABDUZIONE

Fig. 5



1. Prendere il cuscino di abduzione. Srotolare la cinghia avvolta attorno ad esso senza sfilare l'estremità dal passante e sganciare il moschettone. Staccare la fettuccia a strappo presente sul lato esterno del cuscino di abduzione e riposizionarla lungo il lato interno della manica reggibraccio. Facendo in modo che il moschettone del cuscino di abduzione rimanga sul davanti, posizionare il cuscino tra il corpo e la manica. Accoppiare la manica reggibraccio alla faccia esterna del cuscino di abduzione facendola aderire mediante la fettuccia a strappo precedentemente posizionata.

N.B.: per l'abduzione a 30°, posizionare il cuscino supplementare sulla faccia esterna del cuscino di abduzione ed in seguito accoppiare la manica reggibraccio alla faccia inclinata del cuscino supplementare facendola aderire mediante la fettuccia a strappo precedentemente posizionata (**Fig. 5**).

2. Afferrare l'estremità della cinghia munita di moschettone, avvolgerla attorno alla vita e riagganciare il moschettone. Afferrare l'altra estremità munita di chiusura a strappo, stringere la cinghia e fissarla su se stessa (**Fig. 6a**). Per garantire una corretta tenuta della cinghia può essere necessario invertire la chiusura a strappo delle pinze a coccodrillo staccandole per posizionarle nel verso opportuno (**Fig. 6b**). Se la cinghia risulta troppo lunga consultare il paragrafo "Come accorciare le cinghie".

Fig. 6a



Fig. 6b



UTILIZZO PER L'IMMOBILIZZAZIONE IN ADDUZIONE

Fig. 7



1. Prendere il cuscino di abduzione, srotolare la cinghia avvolta attorno ad esso sfilandola dal passante e sganciare il moschettone. In prossimità dell'apertura anteriore della manica, lateralmente, sono presenti altri 2 moschettoni. Agganciare al moschettone interno l'estremità della cinghia girovita munita dell'apposito attacco (**Fig. 7**).

Fig. 8



2. Posizionare la cinghia intorno al giro vita e inserirla nel passante situato nella parte posteriore del gomito (**Fig. 8**).

Fig. 9



3. Ripiegare la cinghia su se stessa e fissarla tramite la chiusura a strappo (**Fig. 9**). Per garantire la corretta tenuta della cinghia può essere necessario invertire la chiusura a strappo delle pinze a coccodrillo staccandole per posizionarle nel verso opportuno (**Fig. 6b**). Se la cinghia risulta troppo lunga consultare il paragrafo "Come accorciare le cinghie".

COME ACCORCIARE LE CINGHIE

Tutte le cinghie dell'Intellisling® hanno pinze a coccodrillo per poterle tagliare facilmente. Se una cinghia è troppo lunga, togliere semplicemente la pinza a coccodrillo, tagliare la cinghia alla lunghezza desiderata e riposizionare la pinza.

DUAL SANITALY®
Concessionario in esclusiva
Dual Sanitaly S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 15 - 10024
Moncalieri (TO) - dualsanitaly.it

Gibaud SASU - 73, Rue de la Tour - B.P. 78
42002 - Saint-Étienne - Cedex I, France

MD Dispositivo medico di Classe I
Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. CE

Cod. 0HE15513GA - 09/20

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
Il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti, la confezione e l'eventuale foglietto illustrativo nei contenitori dello smaltimento carta.